

物品購入仕様書

1	品名	血圧脈波検査装置	
2	型式	FORM-5	
3	製造業者	フクダコーリン株式会社	
4	機器構成	メインユニット (COL-FORM5-MU)	1式
		アンクルユニット (COL-FORM5-AU)	1式
		血圧脈波ユニット (BPU-100)	1式
5	付属品	心音マイクロホン (MA-310HDS (V))	1式
		両面接着カラー (DA-30)	1式
		誘導コード (CPV-03ARC)	1式
		エーカークリップ (TEV-46RG)	1式
		アームカフ左用 Mサイズ (COL-F5CUF-AML)	1式
		アームカフ右用 Mサイズ (COL-F5CUF-AMR)	1式
		アンクルカフ左用 Mサイズ (COL-F5CUF-AKML)	1式
		アンクルカフ右用 Mサイズ (COL-F5CUF-AKMR)	1式
		アームカフホース左用 (COL-F5TUB-AL)	1式
		アームカフホース右用 (COL-F5TUB-AR)	1式
		アイソレーショントランス (COL-FORM5-TRANS)	1式
		専用トロリー (OL-FORM5-ST)	1式
		BPU-100ホルダー (COL-FORM5-STBPU)	1式
		専用紙 A 4 (COL-F5PAP-A4)	1式
		USBケーブル2.0m (COL-F5USB-AB2M)	1式
		足趾血圧パッケージ (ASV-09)	1式
		2次元バーコード対応リーダー (1950GHD-U)	1式
		バーコード・カードホルダー (COL-FORM5-STBCR)	1式
		エコーパッド (OJ-09 (F))	1式
		カラープリンター (ブラザー) (DCP-J4143N)	1式
		4140インクカートリッジ クロ (LC416XLBK)	1式
		4140インクカートリッジ シアン (LC416XLC)	1式
		4140インクカートリッジ マゼンタ (LC416XLM)	1式
		4140インクカートリッジ イエロー (LC416XLY)	1式
6	データ管理システム	フォルムネット2 フル機能パック (COL-FN2-F)	1式
		フォルムネット2 パソコン (COL-FN2-PC)	1式
		バックアップHDD 2TB (COL-BKUP-HDD2T)	1式
		無停電電源装置 BR400S-JP (COL-OTHER-BR400)	1式
		ネットワーク調整費20 (HFA-FORM-NET20)	1式
7	使用目的	四肢の非観血血圧、脈波を測定し、動脈の伸展性および下肢血管の血流障害の程度を検査する	
8	数量	1式	
9	納入期限	令和9年3月25日	
10	納入場所	輪島市山岸町地内 市立輪島病院検査室	
11	その他	<ul style="list-style-type: none"> ・指定製品となるため同等品は不可とする。 ・納入物品は、全て新品未使用品とする。なお、標準装備品の取外しなどダウングレードと判断されることをしてはならない。 ・運搬、搬入及び調整費は、納入業者の負担とする。 ・付属品は、原則メーカー純正品とする。 ・搬入、据付及び調整は、病院の業務に支障をきたさないよう、病院職員と協議の上、その指示に従うこと。 ・保証期間は導入後1年とし、その間に通常の使用により故障及び不具合が生じた場合は、無償にて速やかに修理すること。 ・本装置の修理、部品供給、その他アフターサービスについて速やかに対処する体制を有すること。 ・既設品は、受注者の負担で適正に処分すること。 ・本院の電子カルテシステムと連携ができるものにする。 ・引渡書、完了報告書、納入医療機器情報報告書の提出をすること。 	